

南安市医院进口产品论证会议记录

根据《政府采购进口产品管理办法》及《政府采购进口产品有关问题的通知》的规定，组织本采购产品的论证会。

一、论证会时间：2022年9月6日

二、参加人员：论证专家

三、论证的产品：高频电刀1套，人民币85.3万元。

四、采购单位申请购置进口设备理由：

进口设备具有以下优势：

1. 具有内镜电切针形刀专用切割模块和内镜电切圈套器的内镜专用模块。

2. 内镜电切技术要求：

2.1. 内镜电切针形刀模式：功率 $\leq 200W$ ，效果调节 ≥ 4 档，最大峰值电压 ≤ 600 伏。可调节宽度及时间间隔。

2.2. 内镜电切圈套器模式：功率 $\leq 400W$ ，效果调节 ≥ 4 档，最大峰值电压 ≤ 800 伏。可调节宽度及时间间隔。

由于国产技术尚不成熟，无法同时满足要求，且该产品不属于国家禁止或限制的进口产品。鉴于以上原因，我院申请购买进口高频电刀，更好的服务于临床。

五、专家组意见：基于采购单位的进口论证理由，由于国产技术尚不成熟，无法同时满足要求。根据《政府采购进口产品管理办法》及《政府采购进口产品有关问题的通知》规定的程序要求，法律专家证实南安市医院的进口产品已经过技术专家组的论证，符合法律规定的程序。该产品国产产品无法满足需求且不属于国家限制进口产品，专家组一致建议采购进口设备。

专家签字：

陈敏、叶强、王力红、王少、王少明

2022年9月6日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	南安市医院
拟采购产品名称	高频电刀 1 套
拟采购产品金额	人民币 85.3 万元
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☐ 3. 其他。	
原因阐述： 进口设备具有以下优势： 1. 具有内镜电切针形刀专用切割模块和内镜电切圈套器的内镜专用模块。 2. 内镜电切技术要求： 2.1. 内镜电切针形刀模式：功率$\leq 200W$，效果调节≥ 4 档，最大峰值电压≤ 600 伏。可调节宽度及时间间隔。 2.2. 内镜电切圈套器模式：功率$\leq 400W$，效果调节≥ 4 档，最大峰值电压≤ 800 伏。可调节宽度及时间间隔。 由于国产技术尚不成熟，无法同时满足要求，且该产品不属于国家禁止或限制的进口产品。鉴于以上原因，我院申请购买进口高频电刀，更好的服务于临床。	
三、专家论证意见	
进口高频电刀技术成熟，性能稳定，功率及温度准确，使用安全可靠，故障率低，使用寿命长，根据该产品的采购要求，建议采购进口设备 专 家 签 字： 张世明 2022 年 9 月 6 日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	南安市医院
拟采购产品名称	高频电刀 1 套
拟采购产品金额	人民币 85.3 万元
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☐ 3. 其他。	
原因阐述： 进口设备具有以下优势： 1. 具有内镜电切针形刀专用切割模块和内镜电切圈套器的内镜专用模块。 2. 内镜电切技术要求： 2.1. 内镜电切针形刀模式：功率$\leq 200W$，效果调节≥ 4 档，最大峰值电压≤ 600 伏。可调节宽度及时间间隔。 2.2. 内镜电切圈套器模式：功率$\leq 400W$，效果调节≥ 4 档，最大峰值电压≤ 800 伏。可调节宽度及时间间隔。 由于国产技术尚不成熟，无法同时满足要求，且该产品不属于国家禁止或限制的进口产品。鉴于以上原因，我院申请购买进口高频电刀，更好的服务于临床。	
三、专家论证意见	
本次拟采购的高频电刀已按相关规定，通过“南安市医院官网”向社会发布公告，且不属于《中国政府禁止进口、限制进口产品目录》中规定的禁止进口或限制进口的产品，根据采购人的采购要求，为满足相关医疗业务要求，拟进口的产品已经技术组的论证，该程序符合我国相关法律法规规定。 专家签字：张始文 2022 年 9 月 6 日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	南安市医院
拟采购产品名称	高频电刀 1 套
拟采购产品金额	人民币 85.3 万元
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☐ 3. 其他。	
原因阐述： 进口设备具有以下优势： 1. 具有内镜电切针形刀专用切割模块和内镜电切圈套器的内镜专用模块。 2. 内镜电切技术要求： 2.1. 内镜电切针形刀模式：功率$\leq 200W$，效果调节≥ 4 档，最大峰值电压≤ 600 伏。可调节宽度及时间间隔。 2.2. 内镜电切圈套器模式：功率$\leq 400W$，效果调节≥ 4 档，最大峰值电压≤ 800 伏。可调节宽度及时间间隔。 由于国产技术尚不成熟，无法同时满足要求，且该产品不属于国家禁止或限制的进口产品。鉴于以上原因，我院申请购买进口高频电刀，更好的服务于临床。	
三、专家论证意见	
进口的产品技术成熟，能满足使用单位的临床手术的工作需求，且根据政府采购办法，符合规定的程序要求，能满足要求，该产品无法满足需求，且属于国家限制进口产品，建议申购进口产品。 专家签字：叶浩英 2022年9月6日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	南安市医院
拟采购产品名称	高频电刀 1 套
拟采购产品金额	人民币 85.3 万元
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☐ 3. 其他。	
原因阐述： 进口设备具有以下优势： 1. 具有内镜电切针形刀专用切割模块和内镜电切圈套器的内镜专用模块。 2. 内镜电切技术要求： 2.1. 内镜电切针形刀模式：功率$\leq 200W$，效果调节≥ 4 档，最大峰值电压≤ 600 伏。可调节宽度及时间间隔。 2.2. 内镜电切圈套器模式：功率$\leq 400W$，效果调节≥ 4 档，最大峰值电压≤ 800 伏。可调节宽度及时间间隔。 由于国产技术尚不成熟，无法同时满足要求，且该产品不属于国家禁止或限制的进口产品。鉴于以上原因，我院申请购买进口高频电刀，更好的服务于临床。	
三、专家论证意见	
(此高频电刀性能稳定, 安全可靠, 操作简便, 手术时效果好, 手术精准 故障率低, 且该产品不属于国家禁止或限制进口产品, 建议: 购买进口设备。 专家签字: 王少 2022年9月6日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	南安市医院
拟采购产品名称	高频电刀 1 套
拟采购产品金额	人民币 85.3 万元
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☐ 3. 其他。	
原因阐述： 进口设备具有以下优势： 1. 具有内镜电切针形刀专用切割模块和内镜电切圈套器的内镜专用模块。 2. 内镜电切技术要求： 2.1. 内镜电切针形刀模式：功率$\leq 200W$，效果调节≥ 4 档，最大峰值电压≤ 600 伏。可调节宽度及时间间隔。 2.2. 内镜电切圈套器模式：功率$\leq 400W$，效果调节≥ 4 档，最大峰值电压≤ 800 伏。可调节宽度及时间间隔。 由于国产技术尚不成熟，无法同时满足要求，且该产品不属于国家禁止或限制的进口产品。鉴于以上原因，我院申请购买进口高频电刀，更好的服务于临床。	
三、专家论证意见	
高频电刀属重要的手术器械，对技术的要求较高，国产产品技术尚不成熟，无法同时满足要求，建议购买进口产品以满足临床需求。 专 家 签 字：王方强 2022年9月6日	

政府采购进口产品论证专家组成员情况表

姓名	工作单位	技术职称	联系方式
王培文	北京市京师(泉州)律师事务所	律师	13805989468
叶信英	泉州市疾控中心	检验技师	1854484936
王力毅	泉州市一院	工程师	1896288989
王心	泉州市疾控中心	工程师	18965558699
王树成	泉州市中医院	主治医师	18006993788

2022 年 9 月 6 日