

南安市医院进口产品论证会议记录

根据《政府采购进口产品管理办法》及《政府采购进口产品有关问题的通知》的规定，组织本采购产品的论证会。

一、论证会时间: 2023 年 7 月 13 日

二、参加人员: 论证专家

三、论证的产品: 纵膈镜 11 万元。


四、采购单位申请购置进口设备理由:

进口设备具有以下优势:

纵膈镜手术的并发症主要有出血、神经损伤及气胸等，发生率小于 2.5%。近年来，随着现代科学技术和医疗设备的不断发展，电视纵膈镜可以于摄像系统连接，大大提高了纵膈镜手术野的清晰度，并且可以同时进入两把器械进行操作，还可以进入双极凝血器械进行凝血，减少了术中出血的量，增加了手术的安全性和操作的准确性。

五、专家组意见: 基于采购单位的进口论证理由，由于国产技术尚不成熟，无法同时满足要求。根据《政府采购进口产品管理办法》及《政府采购进口产品有关问题的通知》规定的程序要求，法律专家证实南安市医院的进口产品已经过技术专家组的论证，符合法律规定的程序。该产品国产产品无法满足需求且不属于国家限制进口产品，专家组一致建议采购进口设备。

专家签字




年 月 日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	南安市医院
拟采购产品名称	纵膈镜
拟采购产品金额	人民币 11 万元
采购项目所属项目名称	医疗设备
采购项目所属项目金额	人民币 11 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☐ 3. 其他。	
原因阐述： 进口设备具有以下优势： 我院是南安市卫生系统最大的，集医疗、保健、教学、科研为一体的综合性医院，本次拟购置纵膈镜用于我院新院区建设。 进口纵膈镜申请理由： 1. 纵膈镜手术的并发症主要有出血、神经损伤及气胸等，发生率小于 2.5%。2. 近年来，随着现代科学技术和医疗设备的不断发展，进口电视纵膈镜可以于摄像系统连接，大大提高了纵膈镜手术野的清晰度。3. 可以同时进入两把器械进行操作，还可以进入双极凝血器械进行凝血，减少了术中出血的量，增加了手术的安全性和操作的准确性。由于国产技术尚不成熟，无法同时满足要求，且该产品不属于国家禁止或限制的进口产品。 鉴于以上原因，我院申请购买进口纵膈镜，更好的服务于临床，申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	
镜管内有冲洗吸引管卡槽，无需拔出镜子即可冲洗镜面，保持视野清晰。由于国产产品和进口产品的对比差距大，进口产品明显具备以上优势，而国产产品难以满足采购人目前实际需求，建议同意采购进口产品。	
专家签字：	
年 月 日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	南安市医院
拟采购产品名称	纵膈镜
拟采购产品金额	人民币 11 万元
采购项目所属项目名称	医疗设备
采购项目所属项目金额	人民币 11 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☐ 3. 其他。	
原因阐述： 进口设备具有以下优势： 我院是南安市卫生系统最大的，集医疗、保健、教学、科研为一体的综合性医院，本次拟购置纵膈镜用于我院新院区建设。 进口纵膈镜申请理由： 1. 纵膈镜手术的并发症主要有出血、神经损伤及气胸等，发生率小于 2.5%。2. 近年来，随着现代科学技术和医疗设备的不断发展，进口电视纵膈镜可以于摄像系统连接，大大提高了纵膈镜手术野的清晰度。3. 可以同时进入两把器械进行操作，还可以进入双极凝血器械进行凝血，减少了术中出血的量，增加了手术的安全性和操作的准确性。由于国产技术尚不成熟，无法同时满足要求，且该产品不属于国家禁止或限制的进口产品。 鉴于以上原因，我院申请购买进口纵膈镜，更好的服务于临床，申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	
具备上下镜管分别独立控制，方便获得最广范围手术视野。由于国产产品和进口产品的对比差距大，进口产品明显具备以上优势，而国产产品难以满足采购人目前实际需求，建议同意采购进口产品。	
专家签字：	
年 月 日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	南安市医院
拟采购产品名称	纵膈镜
拟采购产品金额	人民币 11 万元
采购项目所属项目名称	医疗设备
采购项目所属项目金额	人民币 11 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☐ 3. 其他。	
原因阐述： 进口设备具有以下优势： 我院是南安市卫生系统最大的，集医疗、保健、教学、科研为一体的综合性医院，本次拟购置纵膈镜用于我院新院区建设。 进口纵膈镜申请理由： 1. 纵膈镜手术的并发症主要有出血、神经损伤及气胸等，发生率小于 2.5%。2. 近年来，随着现代科学技术和医疗设备的不断发展，进口电视纵膈镜可以于摄像系统连接，大大提高了纵膈镜手术野的清晰度。3. 可以同时进入两把器械进行操作，还可以进入双极凝血器械进行凝血，减少了术中出血的量，增加了手术的安全性和操作的准确性。由于国产技术尚不成熟，无法同时满足要求，且该产品不属于国家禁止或限制的进口产品。 鉴于以上原因，我院申请购买进口纵膈镜，更好的服务于临床，申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	
具备独立内窥镜通道，避免操作过程手术器械碰撞导致损坏。由于国产产品和进口产品的对比差距大，进口产品明显具备以上优势，而国产产品难以满足采购人目前实际需求，建议同意采购进口产品。	
专家签字：	 年 月 日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	南安市医院
拟采购产品名称	纵膈镜
拟采购产品金额	人民币 11 万元
采购项目所属项目名称	医疗设备
采购项目所属项目金额	人民币 11 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☐ 3. 其他。	
原因阐述： 进口设备具有以下优势： 我院是南安市卫生系统最大的，集医疗、保健、教学、科研为一体的综合性医院，本次拟购置纵膈镜用于我院新院区建设。 进口纵膈镜申请理由： 1. 纵膈镜手术的并发症主要有出血、神经损伤及气胸等，发生率小于 2.5%。2. 近年来，随着现代科学技术和医疗设备的不断发展，进口电视纵膈镜可以于摄像系统连接，大大提高了纵膈镜手术野的清晰度。3. 可以同时进入两把器械进行操作，还可以进入双极凝血器械进行凝血，减少了术中出血的量，增加了手术的安全性和操作的准确性。由于国产技术尚不成熟，无法同时满足要求，且该产品不属于国家禁止或限制的进口产品。 鉴于以上原因，我院申请购买进口纵膈镜，更好的服务于临床，申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	
符合财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号）及《福建省省级政府采购管理暂行办法》（闽政文〔2005〕332 号）等有关规定。 专家签字： 	
年 月 日	

政府采购进口产品论证专家组成员情况表

姓 名	工 作 单 位	技术职称	联系方式
陈新倮	福建省职业病与化学中毒预防控制中心	高工	13799409779
陈学新	福建省电子产品监督检验所	高工	13905025223
游舜杰	福建医科大学附属第一医院	高工	13905908262
林步新	福建省妇幼保健院	高工	13489100780
林少东	福建瑞权律师事务所	律师	13850138299

年 月 日

陈新倮 陈学新 游舜杰 林步新 林少东