

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	南安市医院
拟采购产品名称	刨削手柄
拟采购产品金额	23.4 万元
采购项目所属项目名称	南安市医院刨削手柄采购项目
采购项目所属项目金额	23.4 万元
二、申请理由	
☐ 1.中国境内无法获取：	
☐ 2.无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3.其他。	
原因阐述： 一、项目概况 随着关节镜手术病人逐渐增多，南安市医院现有的关节镜配套设备无法满足临床需求，在上海专家团队的帮扶下预计关节镜手术病人有望增加 1-2 倍，可以大幅度吸引周边群众相关疾病的病人来院就诊，提高县域就诊率。为满足临床治疗的基本需要，需配置相关设备。 二、采购需求 1. 刨削手柄 1.1、可与施乐辉 560 关节镜系统匹配设备； 1.2、具备切割窗锁功能：可实现任意角度的刀口锁定； 1.3、具有刨削刀头识别功能和转速记忆功能； 1.4、可提供三种转动模式：正转、反转、往复转； 1.5、刨削手柄最大转速≥ 10000 rpm； 1.6、刨削功率$\geq 90W$； 1.7、刨削手柄最大扭矩≥ 32 oz-in； 1.8、手控刨削手柄，并配置吸引控制开关； 2. 刨削手柄 2.1、可与 Arthrex Synergy UHD4 关节镜系统匹配设备； 2.2、重量$\leq 650g$，磨砂防滑手柄设计；	

- 2.3、手柄正转，反转，往复转三种模式；
- 2.4、最大转速：正/反转最大值：8000 转/分；往复转最大值：3000 转/分
- 2.5、往复转具有标准/高效/强劲三种方式， 满足不同类型手术需求；
- 2.6、2 个人体工学设计的手控按钮，实现手柄开关、方向和转速等控
- 2.7、直排式负压吸引控制开关；
- 2.8、手柄上具有一键式可拆卸负压吸引开关；
- 2.9、可高温高压灭菌。
- 2.10、动力：支持 35oz-in 扭力；
- 2.11、防水等级： IPX8

三、结论

由于需匹配原系统设备，且该产品不属于国家禁止或限制的进口产品。鉴于以上原因，我院申请购买进口刨削手柄，更好的服务于临床治疗。

三、专家论证意见

我院现有施乐辉 72200616、Arthrex AR-830H 设备，均为进口产品，现拟采购的刨削手柄为腹腔镜和关节镜系统匹配，能更好地满足设备功能和临床需求，建议采购进口产品。

专家签字：罗晓红

2025年10月23日

备注：专家组应当由五人以上单数组成，其中包括一名法律专家，产品技术专家为非本单位并熟悉该产品的专家，采购人代表不得做为专家组成员参与论证；参与论证的专家不得参与本项目的采购评审工作。

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	南安市医院
拟采购产品名称	刨削手柄
拟采购产品金额	23.4 万元
采购项目所属项目名称	南安市医院刨削手柄采购项目
采购项目所属项目金额	23.4 万元
二、申请理由	
☐ 1.中国境内无法获取：	
☐ 2.无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3.其他。	
原因阐述： 一、项目概况 随着关节镜手术病人逐渐增多，南安市医院现有的关节镜配套设备无法满足临床需求，在上海专家团队的帮扶下预计关节镜手术病人有望增加 1-2 倍，可以大幅度吸引周边群众相关疾病的病人来院就诊，提高县域就诊率。为满足临床治疗的基本需要，需配置相关设备。 二、采购需求 1. 刨削手柄 1.1、可与施乐辉 560 关节镜系统匹配设备； 1.2、具备切割窗锁功能：可实现任意角度的刀口锁定； 1.3、具有刨削刀头识别功能和转速记忆功能； 1.4、可提供三种转动模式：正转、反转、往复转； 1.5、刨削手柄最大转速≥ 10000 rpm； 1.6、刨削功率$\geq 90W$； 1.7、刨削手柄最大扭矩≥ 32 oz-in； 1.8、手控刨削手柄，并配置吸引控制开关； 2. 刨削手柄 2.1、可与 Arthrex Synergy UHD4 关节镜系统匹配设备； 2.2、重量$\leq 650g$，磨砂防滑手柄设计；	

- 2.3、手柄正转，反转，往复转三种模式；
- 2.4、最大转速：正/反转最大值：8000 转/分；往复转最大值：3000 转/分
- 2.5、往复转具有标准/高效/强劲三种方式， 满足不同类型手术需求；
- 2.6、2 个人体工学设计的手控按钮，实现手柄开关、方向和转速等控
- 2.7、直排式负压吸引控制开关；
- 2.8、手柄上具有一键式可拆卸负压吸引开关；
- 2.9、可高温高压灭菌。
- 2.10、动力：支持 35oz-in 扭力；
- 2.11、防水等级： IPX8

三、结论

由于需匹配原系统设备，且该产品不属于国家禁止或限制的进口产品。鉴于以上原因，我院申请购买进口刨削手柄，更好的服务于临床治疗。

三、专家论证意见

该刨削手柄为与施乐辉关节镜系统匹配，且该手柄上具有一键式可拆卸负压吸引开关，可高温高压灭菌，从产品的精度和匹配性考虑建议采购进口产品。

专家签字：王力

2015年10月23日

备注：专家组应当由五人以上单数组成，其中包括一名法律专家，产品技术专家为非本单位并熟悉该产品的专家，采购人代表不得做为专家组成员参与论证；参与论证的专家不得参与本项目的采购评审工作。

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	南安市医院
拟采购产品名称	刨削手柄
拟采购产品金额	23.4 万元
采购项目所属项目名称	南安市医院刨削手柄采购项目
采购项目所属项目金额	23.4 万元
二、申请理由	
☐ 1.中国境内无法获取：	
☐ 2.无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3.其他。	
原因阐述： 一、项目概况 随着关节镜手术病人逐渐增多，南安市医院现有的关节镜配套设备无法满足临床需求，在上海专家团队的帮扶下预计关节镜手术病人有望增加 1-2 倍，可以大幅度吸引周边群众相关疾病的病人来院就诊，提高县域就诊率。为满足临床治疗的基本需要，需配置相关设备。 二、采购需求 1. 刨削手柄 1.1、可与施乐辉 560 关节镜系统匹配设备； 1.2、具备切割窗锁功能：可实现任意角度的刀口锁定； 1.3、具有刨削刀头识别功能和转速记忆功能； 1.4、可提供三种转动模式：正转、反转、往复转； 1.5、刨削手柄最大转速≥ 10000 rpm； 1.6、刨削功率$\geq 90W$； 1.7、刨削手柄最大扭矩≥ 32 oz-in； 1.8、手控刨削手柄，并配置吸引控制开关； 2. 刨削手柄 2.1、可与 Arthrex Synergy UHD4 关节镜系统匹配设备； 2.2、重量$\leq 650g$，磨砂防滑手柄设计；	

- 2.3、手柄正转，反转，往复转三种模式；
- 2.4、最大转速：正/反转最大值：8000 转/分；往复转最大值：3000 转/分
- 2.5、往复转具有标准/高效/强劲三种方式， 满足不同类型手术需求；
- 2.6、2 个人体工学设计的手控按钮，实现手柄开关、方向和转速等控
- 2.7、直排式负压吸引控制开关；
- 2.8、手柄上具有一键式可拆卸负压吸引开关；
- 2.9、可高温高压灭菌。
- 2.10、动力：支持 35oz-in 扭力；
- 2.11、防水等级： IPX8

三、结论

由于需匹配原系统设备，且该产品不属于国家禁止或限制的进口产品。鉴于以上原因，我院申请购买进口刨削手柄，更好的服务于临床治疗。

三、专家论证意见

该院原有刨削手柄 72200618, Arthrex AR-S3304 进口关节镜系统，现有配套设备无法满足临床需求。拟采购刨削手柄两把，需配套原系统设备，建议采购进口产品。

专家签字：[Signature]

25 年 10 月 23 日

备注：专家组应当由五人以上单数组成，其中包括一名法律专家，产品技术专家为非本单位并熟悉该产品的专家，采购人代表不得做为专家组成员参与论证；参与论证的专家不得参与本项目的采购评审工作。

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	南安市医院
拟采购产品名称	刨削手柄
拟采购产品金额	23.4 万元
采购项目所属项目名称	南安市医院刨削手柄采购项目
采购项目所属项目金额	23.4 万元
二、申请理由	
☐ 1.中国境内无法获取：	
☐ 2.无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3.其他。	
原因阐述： 一、项目概况 随着关节镜手术病人逐渐增多，南安市医院现有的关节镜配套设备无法满足临床需求，在上海专家团队的帮扶下预计关节镜手术病人有望增加 1-2 倍，可以大幅度吸引周边群众相关疾病的病人来院就诊，提高县域就诊率。为满足临床治疗的基本需要，需配置相关设备。 二、采购需求 1. 刨削手柄 1.1、可与施乐辉 560 关节镜系统匹配设备； 1.2、具备切割窗锁功能：可实现任意角度的刀口锁定； 1.3、具有刨削刀头识别功能和转速记忆功能； 1.4、可提供三种转动模式：正转、反转、往复转； 1.5、刨削手柄最大转速≥ 10000 rpm； 1.6、刨削功率$\geq 90W$； 1.7、刨削手柄最大扭矩≥ 32 oz-in； 1.8、手控刨削手柄，并配置吸引控制开关； 2. 刨削手柄 2.1、可与 Arthrex Synergy UHD4 关节镜系统匹配设备； 2.2、重量$\leq 650g$，磨砂防滑手柄设计；	

- 2.3、手柄正转，反转，往复转三种模式；
- 2.4、最大转速：正/反转最大值：8000 转/分；往复转最大值：3000 转/分
- 2.5、往复转具有标准/高效/强劲三种方式， 满足不同类型手术需求；
- 2.6、2 个人体工学设计的手控按钮，实现手柄开关、方向和转速等控
- 2.7、直排式负压吸引控制开关；
- 2.8、手柄上具有一键式可拆卸负压吸引开关；
- 2.9、可高温高压灭菌。
- 2.10、动力：支持 35oz-in 扭力；
- 2.11、防水等级： IPX8

三、结论

由于需匹配原系统设备，且该产品不属于国家禁止或限制的进口产品。鉴于以上原因，我院申请购买进口刨削手柄，更好的服务于临床治疗。

三、专家论证意见

进口关节镜配套刨削手柄技术成熟，性能稳定，操作方便，可完美配套进口关节镜使用，提高手术成功率，提升医疗质量。该项目根据手术人的实际需求及进口设备的技术特性，建议采购进口设备。

专家签字：[Signature]

2025年10月23日

备注：专家组应当由五人以上单数组成，其中包括一名法律专家，产品技术专家为非本单位并熟悉该产品的专家，采购人代表不得做为专家组成员参与论证；参与论证的专家不得参与本项目的采购评审工作。

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	南安市医院
拟采购产品名称	刨削手柄
拟采购产品金额	23.4 万元
采购项目所属项目名称	南安市医院刨削手柄采购项目
采购项目所属项目金额	23.4 万元
二、申请理由	
☐ 1.中国境内无法获取：	
☐ 2.无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3.其他。	
原因阐述： 一、项目概况 随着关节镜手术病人逐渐增多，南安市医院现有的关节镜配套设备无法满足临床需求，在上海专家团队的帮扶下预计关节镜手术病人有望增加 1-2 倍，可以大幅度吸引周边群众相关疾病的病人来院就诊，提高县域就诊率。为满足临床治疗的基本需要，需配置相关设备。 二、采购需求 1. 刨削手柄 1.1、可与施乐辉 560 关节镜系统匹配设备； 1.2、具备切割窗锁功能：可实现任意角度的刀口锁定； 1.3、具有刨削刀头识别功能和转速记忆功能； 1.4、可提供三种转动模式：正转、反转、往复转； 1.5、刨削手柄最大转速 ≥ 10000 rpm； 1.6、刨削功率 $\geq 90W$ ； 1.7、刨削手柄最大扭矩 ≥ 32 oz-in； 1.8、手控刨削手柄，并配置吸引控制开关； 2. 刨削手柄 2.1、可与 Arthrex Synergy UHD4 关节镜系统匹配设备； 2.2、重量 $\leq 650g$ ，磨砂防滑手柄设计；	

- 2.3、手柄正转，反转，往复转三种模式；
- 2.4、最大转速：正/反转最大值：8000 转/分；往复转最大值：3000 转/分
- 2.5、往复转具有标准/高效/强劲三种方式， 满足不同类型手术需求；
- 2.6、2 个人体工学设计的手控按钮，实现手柄开关、方向和转速等控
- 2.7、直排式负压吸引控制开关；
- 2.8、手柄上具有一键式可拆卸负压吸引开关；
- 2.9、可高温高压灭菌。
- 2.10、动力：支持 35oz-in 扭力；
- 2.11、防水等级： IPX8

三、结论

由于需匹配原系统设备，且该产品不属于国家禁止或限制的进口产品。鉴于以上原因，我院申请购买进口刨削手柄，更好的服务于临床治疗。

三、专家论证意见

根据财政部《政府采购进口产品管理办法》、
《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》及
《福建省财政厅关于进一步做好政府采购进口产品
审核工作的通知》相关要求，采购人本次拟采购
进口产品经论证无异议，经技 专家签字：陈建新
技术论证合格，符合临床需求 2015 年 10 月 23 日

备注：专家组应当由五人以上单数组成，其中包括一名法律专家，产品技术专家为非本单位并熟悉该产品的专家，采购人代表不得做为专家组成员参与论证；参与论证的专家不得参与本项目的采购评审工作。

进口论证专家组成员情况表

采 购 人：南安市医院

采购项目：南安市医院刨削手柄采购项目

编号	姓名	工作单位	身份证号码	联系电话	专业
1	罗晓薇	泉州市产品质量检验所	35020519651116004X	13600788827	技术
2	王力舒	泉州市一院	350502197709221559	13123111491	技术
3	吴小凡	泉州市卫生计生执法支队	350583195912060024	13808506127	技术
4	张少明	泉州市中医院	350102196809100010	18006993788	技术
5	陆建新	福建申利同律师事务所	350613198202104873	13487087276	法律